



Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A.
CNPJ: 13.533.397/0001-29.
Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150, Jardim São Paulo
São Carlos - CEP: 13570-410

São Carlos, 14 de outubro de 2021.

INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO SETORMED

A quem interessar.

A Setormed informa que foi deferida, por meio do Portal DOU – Resolução NOTIFICA de 12/08/2021, a alteração do produto notificado N°80777280125 – Kit ATM Setormed. Essa alteração trata-se de uma adequação de projeto, referente à retirada do componente “038 06 25 15 - Agulha Perfurante Obturador Ø 2,5 x 150 mm”. Não houve qualquer alteração na indicação de uso, princípio de funcionamento, e da segurança e eficácia do produto. O Kit ATM Setormed – 038 00 00 00 - passa a vigorar com a seguinte composição:

Informações Gráficas:

Códigos	Descrição	Informações Gráficas
038 01 25 12	Faca Banana Ø1,8 x 85mm	
038 02 25 15	Agulha Meniscótomo Ø1,8 x 70mm	
038 03 25 15	Agulha Gancho Ø1,8 x 73mm	
038 04 25 15	Agulha Raspador Ø1,8 x 77mm	
038 05 25 15	Agulha Cureta Aplainador Ø1,8 x 77mm	



038 07 25 15	<i>Agulha Romba Obturador Ø1,8 x 70mm</i>	
038 08 25 15	<i>Ponta Trefina Lisa Ø1,8 x 71mm</i>	
038 10 25 12	<i>Punção Ø1,8 x 70mm</i>	
038 10 25 15	Tampa da Cãnula	
038 11 40 11	<i>Cãnula Guia Plugue Ø2,5 x 50mm</i>	
038 13 40 90	<i>Cãnula Guia Face Reta Ø2,5 x 50mm</i>	

Salientamos que a Setormed continua fornecendo os produtos dentro da qualidade esperada e a evolução tecnológica se faz necessária.

Em caso de dúvidas estamos à disposição para demais esclarecimentos.

Responsável Técnico

Engº Paulo Eduardo Bordignon

CREA-SP nº: 5069930279